

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu medycznego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE” realizowanego w ramach Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pytania

1. Czy dopuści pionizator, gdzie wysokość wysięgnika 1040 mm do 1739 mm oraz zakres unoszenia ramienia 699 mm, Kółka tylnie \varnothing 100 mm, Kółka przednie z hamulcami \varnothing 100 mm?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
3. Czy Zamawiający dopuści wagę jednozakresową (bez opcji przełączania zakresów) z dokładności odczytu - 100g w całym zakresie? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
4. Czy Zamawiający dopuści wagę z boczną poręczą/barierką - odkręcaną (zdejmowaną)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.
5. Czy Zamawiający dopuści wagę z powierzchnią ważenia: szerokość 740 mm, głębokość 900 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści wagę która nie jest wagą składaną, natomiast jest wagą na kółkach, płaską i jest możliwość jej przechowywania w pozycji bocznej.
7. Czy Zamawiający dopuści wagę ze standardowym przewodem USB (w zestawie) - pozwala na transmisję danych pomiarowych. Rozwiązanie tożsame z wymaganym.
8. Czy Zamawiający dopuści wagę bez dodatkowej poręczy?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na pytania przysłane w dniu 10.11.2021 r. o godz. 15.10 uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisem pkt. 7.3 (cytowany po niżej) Zapytania ofertowego z dnia 27.10.2021 r. upłynął już termin składania zapytań.

7.3. „Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz zamieścić je na stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”

Jednocześnie informuję, iż parametry techniczne sprzętów zostały opisane w zamieszczonym zapytaniu ofertowym.

Z up. Paweł Piasecki