

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu medycznego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE” realizowanego w ramach Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poniżej przekazujemy otrzymane pytania o wyjaśnienie zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Potrzebuje Państwo defibrylator z baterią i akumulatorem dodatkowym, lub defibrylator może być wyposażony lub w baterię lub akumulator.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje defibrylatora zasilanego z baterii lub akumulatora.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny z trybem AED?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści defibrylatora półautomatycznego z trybem pracy AED.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści defibrylator z baterią - 5 lat pracy, min 300 wyładowań ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii na głównym ekranie defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści defibrylatora z baterią - 5 lat pracy, min 300 wyładowań ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii na głównym ekranie defibrylatora.

DYREKTOR
Krzysztof Rusiniak