

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu medycznego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W ZIELONCE” realizowanego w ramach Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poniżej przekazujemy otrzymane pytania o wyjaśnienie zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści do postępowania leżanki o następujących parametrach:

- 2-sekcyjna leżanka do masażu i zabiegów
- Regulowany zagłówek, część podnóżka ze sprężynami gazowymi
- Okrągły otwór na twarz w części na głowę ze zdejmowaną osłoną otworu na twarz (półksiężyc)
- Dwuwarstwowa wyściółka z niepalną, biokompatybilną i odporną na zarysowania tapicerką w wielu kolorach. Tapicerka medyczna certyfikowana
- Malowana proszkowo, niezwykle stabilna dwukolorowa stalowa rama
- 2 boczne wsporniki do mocowania pasów stabilizacyjnych lub pilota zdalnego sterowania
- Elektryczna regulacja wysokości: 48-96 cm za pomocą ręcznego pilota zdalnego sterowania
- Udźwig do 180 kg, obciążenie robocze do 250 kg
- Blokowanie systemu bezpieczeństwa na pilocie
- Podstawowy system kółek F0 składający się z 2 małych kółek i 2 nóg z antypoślizgowymi gumowymi stopkami
- Gumowe stopki z regulacją wysokości 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu
- Gwarancja 24 miesiące
- Instrukcja w języku polskim

Odpowiedź: Przedstawione w pytaniu parametry nie spełniają potrzeb użytkownika. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuści przedmiotowej leżanki jako odpowiadającej potrzebom Zamawiającego określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty.:-

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści do postępowania pionizator o następujących parametrach:

- Regulacja rozstawu podstawy (nóg):elektryczna
- Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]: 230
- Długość podnośnika [cm]: 108
- Szerokość podnośnika [cm]: 75
- Wysokość podnośnika [cm]: 113
- Zakres wysokości podnoszenia [cm]: 78 - 174
- Zakres wysokości podnoszenia [cm]: 78 - 174

- Wysokość wsporników puszczelowych zamontowanych w dół (min. / maks.) [cm]: 39 / 52
- Wysokość wsporników puszczelowych zamontowanych w górę (min. / maks.): 53 / 66
- Minimalna szerokość podstawy (wew. / zew.) [cm]: 51 / 66
- Maksymalna szerokość podstawy (wew. / zew.) [cm]: 101 / 115
- Wysokość nóg podstawy [cm]: 11,5
- Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem) [cm]: 10 / 12,5
- Masa podnośnika [kg]: 60
- Poziom natężenia dźwięku (maks.) [dB]: 52
- Pojemność akumulatora [Ah]: 2,9
- Promień skrętu (min. / maks.) [cm]: 62 / 70

Odpowiedź: Odpowiedź: Przedstawione w pytaniu parametry nie spełniają potrzeb użytkownika. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuści przedmiotowego pionizatora jako odpowiadającego potrzebom Zamawiającego określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

### Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści do postępowania podnośnik o następujących parametrach:

- Regulowany rozstaw nóg
- prosty w użyciu pilot,
- długi czas pracy bez konieczności ładowania,
- szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe,
- szybki i prosty montaż oraz demontaż, bez użycia narzędzi,
- koła skrętne 360o z hamulcami,
- Podnośnik można złożyć, aby ułatwić przechowywanie.
- Długość: 127,9 cm
- Szerokość: 64 cm
- Wysokość: 134,4 cm
- Zakres regulacji podnoszenia: 72 – 193 cm
- Zakres regulacji rozstawu nóg: 64 – 79 cm
- Wysokość nóg urządzenia: 9,5 cm
- Napięcie: 24 V
- Pojemność akumulatora: 4,5 Ah
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- Stopień ochrony skrzynki kontrolnej: IPX4
- Stopień ochrony akumulatora: IPX4
- Stopień ochrony pilota sterującego: IPX4
- Maksymalne obciążenie: 160 kg
- Masa podnośnika: 39 kg



Odpowiedź: Zaproponowane w pytaniu parametry użytkowe podnośnika umożliwią jego wykorzystywanie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, W związku z powyższym Zamawiający dopuści przedmiotowy podnośnik.

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek inwalidzki o następujących parametrach:

- Wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej, na ramie krzyżakowej.
- Wyposażony w regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki oraz odchylane podłokietniki.
- Tapicerka wykonana jest z materiału niepalnego, w kolorze czarnym.
- Rama malowana proszkowo, kolor niebieski.
- Czarne karbowane ciągi, które ułatwiają samodzielne poruszanie się.
- Możliwość zamontowania na schodolaz typu gąsienicowego.
- Szybkozłącza do łatwego demontażu
- szerokość siedziska do wyboru 40, 45, 50 cm
- głębokość siedziska 40 cm
- wysokość oparcia 44 cm
- szerokość całkowita wózka do wyboru: 59, 64, 69 cm
- wysokość siedziska nad podłoże 48 cm
- odległość od siedziska do stopki podnóżka 35-46 cm
- waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) 17,3 kg
- maksymalne obciążenie 120 kg
- rozmiar kół przednich 200 x 50 mm pełne (PU)
- rozmiar kół tylnych 24" x 1 3/8" pompowane/PU pełne – bezobsługowe , wg wyboru klienta

Odpowiedź: Odpowiedź: Przedstawione w pytaniu parametry nie spełniają potrzeb użytkownika. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego o parametrach podanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.

DYREKTOR  
mgr inż. Andrzej Pasik