

Zielonka, 15 listopada 2022 r.

### **Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „**Zakup 2 sztuk unitów stomatologicznych z kompresorem i pompą ssącą do każdego unitu odrębnie**”, działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, w związku z otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi.

#### **Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny niewyposażony w hamulce rękawów? (par. 1.6 tabeli OPZ)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści unitów stomatologicznych niewyposażonych w hamulce rękawów.

#### **Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w hamulec pneumatyczny stolika lekarza? ( par. 1.10 tabeli OPZ)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści unitów stomatologicznych wyposażonych w hamulec pneumatyczny stolika lekarza.

#### **Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuści unit niewyposażony w funkcję włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela (par. 3.5 tabeli OPZ)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści unitów stomatologicznych niewyposażonych w funkcję włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela.

#### **Pytanie 4**

Czy zamawiający dopuści unit wyposażony w panel asysty na pojedynczym ramieniu pantograficznym wyposażony w jeden filtr ssaka (par. 5.2 tabeli OPZ).

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuści unitów stomatologicznych wyposażonych w panel asysty na pojedynczym ramieniu pantograficznym wyposażony w jeden filtr ssaka

Informujemy, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.